



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(ЦМТУ Росстандарта)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦМТУ Росстандарта: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, тел./факс: 8 (495) 660-60-55, 8 (499) 270-14-91

170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51, тел./факс (4822) 55-15-54

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7
(место составления акта проверки)

«02» мая 2017 г. 15 час. 00 мин (час/мин.)
(дата и время составления акта проверки)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориальным отделом (инспекцией) по Московской области
ЦМТУ Росстандарта
юридического лица

№ 477/214

По адресу: 170100 Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7
место проведения проверки

На основании приказа от 22 марта 2017 г. № 477 Мудрак Татьяны Владимировны
дата номер (фамилия, имя, отчество, должность руководителя,

ВРИО Руководителя ЦМТУ Росстандарта

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1" (ГБУЗ "ДГКБ № 1")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 19 " апреля 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа.

" 20 " апреля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.

" 02 " мая 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекцией) по Московской области

Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта

(наименование территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) главный врач ГБУЗ "ДГКБ № 1" Устинова Ольга Константиновна 13 апреля 2017 в 13 ч. 30 мин. ✓ *л.м.*

(заполняется при проведении выездной проверки) (указать: должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Качалова Анастасия Сергеевна - начальник территориального отдела (инспекции) по Тверской области ЦМТУ Росстандарта, Горлова Галина Васильевна - заместитель начальника территориального отдела (инспекции) по Тверской области ЦМТУ Росстандарта

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

Не привлекались

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный врач Устинова Ольга Константиновна, начальник технического отдела Дьяконов Бронислав Афанасьевич.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юрид. лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) ИНН, ОКОНХ, ОКПО и т.д

1.1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1", сокращенное наименование - ГБУЗ "ДГКБ № 1" (далее учреждение) зарегистрировано Федеральной налоговой службой и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026900544263. Свидетельство серия 69 № 002078995.

Приложение № 1, копия.

1.2 Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 170100 Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7. Почтовый адрес учреждения: 170100 г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7. Поликлиники ГБУЗ "ДГКБ № 1" по адресам: 170100 Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 50; 170100 Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д. 9;

Приложение № 2.

1.3 Учреждение имеет расчетный счет в Министерстве финансов Тверской области р/с № 40601810700003000001 в Отделении Тверь г. Твери, л/с 22034046180, 20034046180, 21034046180.

Приложение № 3.

1.4 ИНН – 6905054356, КПП – 695001001. Свидетельство серия 69 № 002062799.

Приложение № 4.

1.5 Главный врач ГБУЗ "ДГКБ № 1" Устинова Ольга Константиновна. Постановление Главы города Твери от 30.06.2004 г. № 1557. Приказ Управления здравоохранения администрации города Твери № 65-к от 01.07.2004 г.

Приложение № 5.

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Министерством здравоохранения Тверской области. Лицензия № ЛО-69-01-001840 от 22 апреля 2016 г.

Приложение № 6.

2. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного метрологического надзора:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1", осуществляет деятельность, относящуюся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений», установлены обязательные требования и которые выполняются при:

- осуществлении деятельности в области здравоохранения;
- осуществлении торговли;
- учете количества энергетических ресурсов.

Приказ № 145/1 от 22.12.2016 г. о назначении ответственным по метрологической службе ГБУЗ "ДГКБ № 1" начальника технического отдела Дьяконова Б.А. Должностная инструкция.

Приложение № 7, № 8.

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч.3 ст.1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» перечень нарушений

Установлены нарушения:

– применяются **неповеренными** (отсутствуют знаки поверки, отсутствуют свидетельства о поверке) средства измерений в количестве 15 единиц:

набор пробных очковых линз ARMED б/н, набор пробных очковых линз заводской номер 72310, весы медицинские ВМЭ-1-15 заводской номер 3830А, приборы для измерения артериального давления CS -106 заводские номера 04980151, 094980152, прибор для измерения артериального давления ММП -60 заводской номер 80606, весы медицинские В1-15.3К заводской номер 54675, измерители артериального давления OMRON заводские номера 20160407568LF, 20160407565LF, весы медицинские В1-15.3К заводской номер 54778, ростомеры РМ-1 б/н в количестве 4 единиц, весы напольные медицинские ВМЭН-1504210 заводской номер 4210, комплекс мониторный кардиореспираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ-АР-01- "Диамант" заводской номер 9234;

– применяются **неповеренными** (истек срок поверки) средства измерений в количестве 7 единиц: ростомер РП заводской номер 00085 - срок поверки истек 14.03.2017 г; измерители артериального давления OMRON заводские номера 20150102801LF, 20150102807LF - срок поверки истек январь 2017 г.; измеритель артериального давления OMRON заводской номер 20120301467LF - срок поверки март 2014 г.; приборы для измерения артериального давления CS -106 заводские номера 094980149, 094980145 - срок поверки истек апрель 2015 г.

Нарушены требования ч.1 ст. 9; ч. 1, ч. 4 ст. 13 Федерального закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п.1 р. I, п.14 р. III «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного Приказом Минпромторга России от 2 июня 2015 г. № 1815 – в сфере государственного регулирования обеспечения единства при осуществлении деятельности в области здравоохранения применяются неповеренные средства измерений.

перечень законодательных и нормативных актов, требования которых не соблюдаются

Проверено:

1) _____ ед. эталонов единиц величин, из них _____ с нарушением обязательных требований;
(количество) (количество)

2) 56 ед. применяемых средств измерений, из них 22 с нарушением обязательных требований; протокол проверки средств измерений № 477.
(количество) (количество)

3) _____ ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для
(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них _____ с нарушением обязательных требований;
(количество и наименование типов средств измерений)

4) _____ комплектов применяемых стандартных образцов, из них _____ с нарушением
(количество) (количество)

обязательных требований;

5) _____ методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования
(количество)

обеспечения единства измерений, из них _____ применяются не аттестованными;
(количество)

6) соблюдение требований _____ аттестованных методик измерений,
(количество)

из них требования _____ не соблюдаются.
(количество)

выявлены **нарушения** обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ч.1 ст. 9; ч. 1, ч. 4 ст. 13 Федерального закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п.1 р. I, п.14 р. III «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного Приказом Минпромторга

России от 2 июня 2015 г. № 1815 – в сфере государственного регулирования обеспечения единства при осуществлении деятельности в области здравоохранения применяются неупомянутые средства измерений в количестве 22 единиц.

(с указанием характера выявленных нарушений (нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ; воспрепятствование законной деятельности лица, осуществляющего надзор; невыполнение в срок законного предписания органа государственного надзора; принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения).

Лицом, допустившим нарушения ч.1 ст. 9; ч.1, ч.4 ст.13 Федерального закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п.1 р. I, п. 14. р. III «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного Приказом Минпромторга России от 2 июня 2015г. № 1815 в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1" является начальник технического отдела Дьяконов Бронислав Афанасьевич.

(указать лиц, допустивших указанные нарушения)

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям:

нанесен знак непригодности.

3. Последствия нарушений установленных требований по обеспечению единства измерений:
- применение неупомянутых средств измерений в сфере здравоохранения может привести к получению недостоверных результатов измерений при диагностике и лечении граждан, что может причинить вред жизни и здоровью граждан.

(факты неправильного определения характеристик продукции и т.д.)

4. Выводы:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1", расположенная по адресам: 170100 г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7, г. Тверь, ул. Володарского, д. 50 в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения применяются (эксплуатируются) неупомянутыми (отсутствуют знаки поверки, отсутствуют свидетельства о поверке, истек срок поверки) средства измерений в количестве 22 единиц, а именно: набор пробных очковых линз ARMED б/н, набор пробных очковых линз заводской номер 72310, весы медицинские ВМЭ-1-15 заводской номер 3830А, приборы для измерения артериального давления CS -106 заводские номера 04980151, 094980152, прибор для измерения артериального давления ММП -60 заводской номер 80606, весы медицинские В1-15.3К заводской номер 54675, измерители артериального давления OMRON заводские номера 20160407568LF, 20160407565LF, весы медицинские В1-15.3К заводской номер 54778, ростомеры РМ-1 б/н в количестве 4 единиц, весы напольные медицинские ВМЭН-1504210 заводской номер 4210; ростомер РП заводской номер 00085; измерители артериального давления OMRON заводские номера 20150102801LF, 20150102807LF; измеритель артериального давления OMRON заводской номер 20120301467LF; приборы для измерения артериального давления CS -106 заводские номера 094980149, 094980145, комплекс мониторный кардиореспираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ-АР-01-"Диамант" заводской номер 9234.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ч.1 ст. 9; ч. 1, ч. 4 ст.13 Федерального закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п.1 р. I, п.14 р. III «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного Приказом Минпромторга России от 2 июня 2015 г. № 1815

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Лицом, допустившим нарушения ч.1 ст. 9; ч.1, ч.4 ст.13 Федерального закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п.1 р. I, п.14. р. III «Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного Приказом Минпромторга России от 2 июня 2015 г. № 1815 в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница № 1" является начальник технического отдела Дьяконов Бронислав Афанасьевич.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний
не выявлено

наименование отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта

указать реквизиты выданных предписаний

нарушений не выявлено

при отсутствии нарушений указать - не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 69 № 002078995, копия.
2. Устав, копия на 6-и листах.
3. Банковские реквизиты
4. Свидетельство серия 69 № 002062799 о постановке на учет в налоговом органе, копия.
5. Приказ № 65-к от 01.07.2004 г., копия
6. Лицензия ЛО-69-01-001840 от 22.04.2016 г., копия на 35 листах.
7. Приказ № 145/1 от 22.12.2016 г., копия
8. Должностная инструкция
9. Протокол проверки СИ.

Акт составлен на 6-и л. в 2- экз. и направлен (вручен):

- 1) ЦМТУ Росстандарта
- 2) ГБУЗ "ДГКБ № 1"

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального
отдела (инспекции) по Тверской области
ЦМТУ Росстандарта
(должность проверяющего)


(подпись проверяющего)

Качалова А.С.
(ФОИ проверяющего)

Заместитель начальника
территориального отдела
(инспекции) по Тверской области
(должность проверяющего)


(подпись проверяющего)


Горлова Г.В.
(ФОИ проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Главный врач ГБУЗ "ДГКБ № 1"

Устинова Ольга Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » мая 20 17 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Министерство здравоохранения
Тверской области
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тверской области
**«ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1»**
(ГБУЗ «ДГКБ № 1»)
ул. Рыбацкая, д.7, г. Тверь, 170100
телефон/факс (4822) 34-32-36
E-mail: dgkblt@mail.ru
ОГРН 1026900544263
ИНН 6905054356 КПП 695001001
№ 322 от « 02 » мая 2017г.
на № _____ от _____

ЦМТУ Росстандарта

Протокол разногласий

на протокол применения средств измерений в целях установления их
соответствия обязательным требованиям

Администрация ГБУЗ «ДГКБ № 1» представляет протокол разногласий с обоснованиями:

1. Приемное отделение:
 - Ростомер РДМ-01 (№ 01614) – поверочный срок 2 года, до 17.09.2017г. (завод. паспорт);
2. Кабинет главной медицинской сестры:
 - Тонометры «OMRON» (№ 20150102807LF); Тонометры CS-106 (№ 094980149; 094980145) – приборы находились в заводской упаковке, в работе не были и могут не проходить поверку до момента их выдачи для работы.
3. Поликлиника (ул. Володарского, дом. 50):
 - Весы 1-15M (№ 12835) – поверка в октябре 2016г.
 - Весы «OMRON» (№ 20160407568LF; № 20160407565LF) – поверочный срок 2 года (завод. паспорт);

С уважением,

Главный врач



О.К. Устинова